Техническое задание на техническое обслуживание медицинского оборудования		
Номер пункта	**Описание (технические характеристики услуг)**	**Требуемый параметр услуги**
1	Обеспечение работоспособности медицинского оборудования (МО) в соответствии с перечнем оборудования.	да
2	Ежедневное присутствие специалиста (имеющего допуск к обслуживанию соответствующего МО) в НУЗ "Узловая больница на ст. Саянская ОАО "РЖД" по адресу: п.Саянский ул. Комсомольская 1	да
3	Ведение журнала технического обслуживания (ТО) медицинского оборудования (с фиксацией всех указанных работ по проведению ТО МО).	да
4	В случае внезапного выхода аппарата из строя, круглосуточное обеспечение устранения неполадок в кратчайшие сроки.	да
5	Диагностика неисправностей, тестирование, предоставление дефектной ведомости на вышедшее из строя, не подлежащее восстановлению МО.	да
6	Подготовка к списанию и списание МО, отработавшего свой ресурс.	да
7	Механическая очистка от пыли, грязи и т.п. МО в целом и его составных частей в отдельности	да
8	Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов с профилактической целью и в случаях ремонта	да
9	Затяжка ослабленных элементов	да
10	Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.	да
11	Замена отработавших ресурс составных частей (щетки, фильтры, лампы и т. д.)	да
12	Проведение работ, специфических для данного изделия, установленных эксплуатационной документацией МО	да
13	Настройка и регулировка изделия (в том числе настройка программного обеспечения)	да
14	Текущие ремонты, с заменой комплектующих	да

НУЗ "Узловая поликлинпика на ст. Ужур ОАО "РЖД"

Перечень

изделий медицинской техники, для технического обслуживания в 2019 г

№ п/п	Наименование ИМТ	Тип ИМТ	Заводской номер	год вып
1	Электрокардиограф партативный многоканальный	ЭК 12 Т-01-"Р-Д"	91006246	2012г.
2	Аквадистилятор электричес.	ДЭ-4ТЗ	13740911	2011 г.
3	Установка стоматологическая	Diplomat	2885	2007 г.
4	Установка стоматологическая	QL 2028 Pragma	1109050	2017 г.
5	Стерилизатор воздушный	ГП-40-3	2064	1999 г.
6	Стерилизатор воздушный	ГП-40-3	2805	2008 г.
7	Стерилизатор воздушный	ГП -40-3	2114	1999 г.
8	Стерилизатор воздушный	ГП-40-3	2902	2010 г.
9	Стерилизатор воздушный	ГП -40-3	3512	2009 г.
10	Стерилизатор воздушный	ГП-20-3	3428	2010 г.
11	Камера бактерицидная	КБ-Я ФП	26743	2010 г.
12	Камера бактерицидная	КБ-Я ФП	26737	2009 г.
13	Камера бактерицидная	КБ-Я	26743	2009 г.
14	Камера бактерицидная	КБ-Я	17969	2007 г.
15	Камера бактерицидная	КБ-Я	22220	2008 г.
16	Стерилизатор	ГК-100-3	1360512	2012 г.
17	Термостат	ТС-80М-2	6252 6122 6392	1988 г.
18	Аппарат для СМТ-терапии	Амплипульс-5	5810	1991 г.
19	Аппара для СМТ-терапии	Амплипульс-5	2422	1991 г.
20	Аппарат для УВЧ-терапии	УВЧ-30	3248	1985 г.
21	Аппарат для УВЧ-терапии	УВЧ-30	4223	1987 г.

22	Аппарат для лазеротерапии	"Солитон"	8923	1992 г.
23	Аппарат для СМВ-терапии	"ЛУЧ-4"	10690	1991 г.
24	Аппарат ультразвуковой	УЗТ-01-01	1736	1991 г.
25	Аппарат для гальванизации	"Поток-1"	27667	1990 г.
26	Аппарат гальванизации	"Поток-1"	15673	1988 г.
27	Аппарат гальванизации	"Поток-1"	27479	1990 г.

Итого в месяц рублей
НДС (18 %), рублей
Итого в месяц с НДС, рублей

г.

кол-во шт.	стоим. ТО в мес. (руб)
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
3	
1	
1	
1	
1	

1	
1	
1	
1	
1	
1	